

WOMP TORUŃ

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67
tel/fax (056) 658-16-18
www.womp.torun.pl
e-mail: womp@womp.torun.pl
NIP: 956-19-35-098 REGON: 871625889

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Jesteśmy certyfikowani
według wymogów ISO 9001:2008



Przychodnia Medycyny Pracy Nr 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
tel. (56) 659-85-76

Przychodnia Medycyny Pracy Nr 2
ul. Bydgoska 76
tel. (56) 622-80-19

Przychodnia Medycyny Pracy Nr 3
Szosa Bydgoska 46
tel. (56) 654-25-39

Akademicka Przychodnia Lekarska
ul. Gagarina 39
tel. (56) 654-20-20

Wszyscy
potencjalni Oferenci

WOMP-PN-8/2012

Toruń, dnia 19.10.2012 r.

dotyczy: zapytania o udzielenie wyjaśnień do przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu.

Komisja Przetargowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
ustala, co następuje:

Dotyczy : Znak sprawy : WOMP – PN-8/2012 - zapytania z dn. 17.10.2012

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie filmów:
gęstości maksymalna $\geq 3,30(\pm 10\%)$ i kontraście $\geq 2,8(\pm 10\%)$?

„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie filmów, w których każda błona oznakowana jest nazwą producenta, natomiast każde opakowanie zbiorcze (100 szt) oznakowane jest typem błony, numerem serii i datą ważności?

„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie błon rentgenowskich ogólnie diagnostycznych i odczynników jednego producenta, natomiast filmów zębowych innego producenta?

„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie błon rtg 3x4 w opakowaniach a'150 szt, w ilościach potrzebnych Zamawiającemu?

„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy : Znak sprawy : WOMP – PN-8/2012 - zapytania z dn. 19.10.2012

Pytanie 1.

Czy Zamawiający oczekuje, aby widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności, numer produkcji ujawniały się bezpośrednio na błonie ogólnodiagnostycznej po jej wywołaniu w sposób pozwalający na jej bezpośrednie wzrokowe odczytanie? Informacje przydatne podczas badań kontroli jakości oraz ze względu na archiwizację.

„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający oczekuje, aby widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności, numer produkcji ujawniały się bezpośrednio na błonie ogólnodiagnostycznej po jej wywołaniu w sposób pozwalający na jej bezpośrednie wzrokowe odczytanie.

Pytanie 2.

Czy w przypadku wątpliwości, co do zaoferowanego asortymentu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia ulotek, próbek w celu weryfikacji zgodności z siwz?

„W odpowiedzi na zapytanie – informujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie taka możliwość?

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Dział Administracji Infrastruktury
Eksploatacji i Techniki
KIEROWNIK

Dariusz Kuc

Stanisław Mikulaj Byczkowski
DYREKTOR
lek. Stanisław Mikulaj Byczkowski